

## 측정기기 및 그 부속기기 정도검사 기록부

회사명 : 군포시시설관리공단 군포환경관리소

제 작 회 사 명	EcoChem Messtechnik
기 기 명 칭	굴뚝배출가스(SO <sub>2</sub> /NO <sub>x</sub> /CO/HCl) 연속자동측정기 및 그 부속기기
형 식	MC3-1
형 식 승 인 번 호	제ATMSGM-2014-4호
형 식 승 인 년 월 일	SO <sub>2</sub> /NO <sub>x</sub> /CO : 2014. 08. 25 HCl : 2015.10.06
기 기 고 유 번 호	623 (St. #1)
취 득 년 월 일	2016. 06. 10. (정도검사 기증일 : 2018. 3. 30)

### □ 검사 내용

정도검사일	검사결과	검 사 자		검사자 날인	비 고
		소 속	성 명		
2016. 06. 24.	적 합	한국산업기술시험원	이 상 복		최초정도 검사
2018 .03. 30	적 합	한국산업기술시험원	김 용		
2020 .03. 31	부 적 합	한국산업기술시험원	서정훈		
2020 .04. 28	적 합	한국산업기술시험원	이 승 관		

## 측정기기 및 그 부속기기 정도검사

규모 확정 산리소

회사명 : 군포시시설관리공단

2019.03.24

제 작 회 사 명	DURAG (독일) Durag 18.03.30
기 기 명 칭	DUST ANALYZER (#1 ST)
형 식	D-R290
형 식 승 인 번 호	제ATMSD-2005-9호
형 식 승 인 연 월 일	2005년 03월 03일
기 기 고 유 번 호	1229139 (span: 35.8%)
취 득 연 월 일	2012년 06월 30일

검 사 내 역

정도검사일	검사 결과	검 사 자		검사자 날인	비 고
		소 속	성 명		
2014. 03. 25	적 합	한국산업기술시험원	박 규 만		정도검사
2015. 03. 17	적 합	한국산업기술시험원	김 용		
2016. 03. 28	적 합	한국산업기술시험원	김 용		
2017. 03. 24	적 합	한국산업기술시험원	박진홍		
2018. 03. 30	적 합	한국산업기술시험원	김 용		
2019. 03. 13	적 합	한국산업기술시험원	박진홍		
2020. 03. 31	적 합	한국산업기술시험원	서정훈		

검사기관 : 한국산업기술시험원, <http://www.ktl.re.kr>, TEL:(02)860-1590

## 측정기기 및 그 부속기기 정도검사 기록부

회사명 : 군포시시설관리공단 군포환경관리소

제 작 회 사 명	EcoChem Messtechnik
기 기 명 칭	굴뚝배출가스(O <sub>2</sub> ) 연속자동측정기 및 그 부속기기
형 식	MC3-1
형 식 승 인 번 호	제ATMSGS-2014-11호
형 식 승 인 년 월 일	2014. 08. 25
기 기 고 유 번 호	623 (St. #1)
취 득 년 월 일	2016. 06. 10. (정도검사 기준일: 2018. 3. 30)

### □ 검사 내용

정도검사일	검사결과	검 사 자		검사자 날인	비 고
		소 속	성 명		
2016. 06. 24.	적 합	한국산업기술시험원	이 상 복		최초정도 검사
2018 .03. 30	적 합	한국산업기술시험원	김 용		
2020 .03. 31	적 합	한국산업기술시험원	서정훈		